



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09

Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl

NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274

PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
NZ/220/13/W2/2015

Data:
09.02.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/13/2015 pn. Dostawa sprzętu w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Szczecinie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 2

Ad 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat ultrasonograficzny bez możliwości włączania funkcji M-mode anatomiczny na obrazach w pamięci CineLoop? Zamawiający nie wymaga głowicy kardiologicznej, która to jest potrzebna do funkcji M-mode anatomiczny.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Ad 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat bez Dopplera tkankowego i funkcji M-mode anatomiczny? Zamawiający nie wymaga głowicy kardiologicznej, która to jest potrzebna do wykorzystania obu funkcji.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Ad 3

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez podłączenie aparatu do systemów szpitalnych PACS i RIS firmy PIXEL? Czy Zamawiający posiada licencje systemów?

Odp.: Zamawiający posiada licencje na podłączenie aparatu do systemu RIS i PACS firmy PIXEL.

ZESTAW 3

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat USG średniej klasy:

Ad. III.40- nie posiadający funkcji automatycznej korekcji kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku? Oferowany przez nasz model posiada standardowy, ogólnie przyjęty na rynku sposób regulacji (nie automatyczny jednoprzyciskowy) kąta bramki,



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarkę
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. II.42- posiadający możliwość regulacji wzmocnienia GAIN tylko w czasie rzeczywistym,

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Ad.V.58 – posiadający podświetlenie klawiszy w jednym kolorze,

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Ad.VI.63.4) (głowice ultradźwiękowe) – posiadający głowicę liniową z obrazowaniem harmonicznym w dwóch pasmach zamiast trzech ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Ponadto w oparciu o w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia, na niżej podane:

- termin składania ofert – z 10.02.2015r. godz. 08:00 na 12.02.2015r. o godzinie 08:00,

- otwarcie ofert – z 10.02.2015r. godz. 08:30 na 12.02.2015r. o godzinie 8:30.

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w rozdziale XI SIWZ w pkt. 5 i 6 otrzymując brzmienie:

„5. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać **do dnia 12.02.2015r. do godz. 08:00.**

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2015r. o godz. 08:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”

**Z-CA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
*dr n. med. Grzegorz Kulig***