



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Znak sprawy:
EZP/220/11/W3/2016

Data:
11.03.2016 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/11/2016, pn. *Dostawa nici chirurgicznych, implantów (siatek), wosku do tamowania krwawień dla SPWSZ w Szczecinie*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Wykonawcy:

ZESTAW 1

Zamawiający udzieli wyjaśnień do złożonych zapytań w terminie późniejszym

ZESTAW 2

Pytanie 1

1. Dot. treść SIWZ, rozdział VI, pkt 4, ppkt 2), próbki oraz treści Ogłoszenia, sekcja III, pkt III.5, próbki: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ w zakresie żądania dostarczenia próbek oferowanych wyrobów medycznych, tj.: prosimy o jednoznaczne wskazanie liczby sztuk wymaganych próbek oraz o jednoznaczne wskazanie, z których pozycji w ramach poszczególnych zadań mają być dostarczone próbki oferowanych wyrobów medycznych, ponieważ obecne zapisy treści SIWZ oraz treści Ogłoszenia w tym względzie stoją w sprzeczności z zapisami zawartymi względem wymogu dostarczenia próbek, jakie są wskazane w treści Załącznika nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Uzasadnienie: w treści SIWZ zapis o konieczności dostarczenia próbek ma brzmienie następujące:

- 2) Próbek oferowanych wyrobów do zadań: Zadanie nr 1 – poz. 4; Zadanie nr 2 – poz. 5, 20, 23; Zadanie nr 3 – poz. 4; Zadanie nr 4 – poz. 1; Zadanie nr 5 – poz. 1; Zadanie nr 6 – poz. 1; Zadanie nr 7 – poz. 1; Zadanie nr 8 – poz. 1; Zadanie nr 9 – poz. 4; Zadanie nr 10 – poz. 1; Zadanie nr 11 – poz. 1; Zadanie nr 12 – poz. 1, 4; Zadanie nr 13 – poz. 4; Zadanie nr 14 – poz. 10, 15; Zadanie nr 15 – poz. 2; Zadanie nr 16 – poz. 1; Zadanie nr 17 – poz. 1; Zadanie nr 18 – poz. 1; Zadanie nr 19 – poz. 1,4; Zadanie nr 20 – poz. 1; Zadanie nr 21 – poz. 1; Zadanie nr 22 – poz. 1,
podając nr zadania i pozycji w zadaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

w treści Ogłoszenia zapis ten brzmi następująco:



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelną**
(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(91) 813 9015

- inne dokumenty

Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (np. katalogi, strony katalogowe, dokumenty opisowe) - w j. polskim do oferowanych wyrobów, ze wskazaniem w nim oferowanego asortymentu, podając nr zadania i pozycji w zadaniu; Próbkę oferowanych wyrobów do zadań: Zadanie nr 1 - poz. 4; Zadanie nr 2 - poz. 5, 20, 23; Zadanie nr 3 - poz. 4; Zadanie nr 4 - poz. 1; Zadanie nr 5 - poz. 1; Zadanie nr 6 - poz. 1; Zadanie nr 7 - poz. 1; Zadanie nr 8 - poz. 1; Zadanie nr 9 - poz. 4; Zadanie nr 10 - poz. 1; Zadanie nr 11 - poz. 1; Zadanie nr 12 - poz. 1, 4; Zadanie nr 13 - poz. 4; Zadanie nr 14 - poz. 10, 15; Zadanie nr 15 - poz. 2; Zadanie nr 16 - poz. 1; Zadanie nr 17 - poz. 1; Zadanie nr 18 - poz. 1; Zadanie nr 19 - poz. 1,4; Zadanie nr 20 - poz. 1; Zadanie nr 21 - poz. 1; Zadanie nr 22 - poz. 1, podając nr zadania i pozycji w zadaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

natomiast zapisy zawarte w treści Załącznika nr 1 do SIWZ brzmią odmiennie, a mianowicie Zamawiający wymaga w ramach każdego zadania dostarczenia próbek oferowanych wyrobów medycznych z każdej pozycji oraz dodatkowo z wybranych pozycji celem testowania jakościowego, przy czym w ramach Zadania nr 3 w treści Załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający wskazał konieczność złożenia próbek do testowania jakościowego z pozycji 5, a w ramach Zadania nr 14 w treści Załącznika nr 1 do SIWZ wskazano do testowania jakościowego pozycję nr 1, co jest sprzeczne z treścią zarówno SIWZ, jak i Ogłoszenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ujednolicając i doprecyzowując zapisy zawarte w Ogłoszeniu o zamówieniu – Rozdział III.5 i specyfikacji istotnych warunków zamówienia – rozdział VI, pkt 4 oraz Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. SIWZ, Rozdział VI pkt. 4 dodano ppkt 3), który otrzymuje brzmienie:

„W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:

3) Próbek oferowanych nici w asortymencie i ilości podanej w Załączniku nr 1 do SIWZ (ze wskazaniem nr zadania i pozycji w zadaniu);

2. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

4) w ramach zadania nr 3 – „Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego po 2 saszetki do pozycji 4”;

5) w ramach zadania nr 14 – „Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki do testowania jakościowego po 2 saszetki do pozycji 10, 15”.

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga do wskazanych zadań w Załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostarczenia próbek, po jednej saszetce/sztuce. Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia dodatkowo do wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia próbek do testowania jakościowego po 2 saszetki/sztuki, które będą wykorzystane do testowania jakościowego i nie podlegają zwrotowi.

Powyższe zmiany zostały naniesione w Załączniku nr 1 do SIWZ – 2 poprawiony

Zmiany te zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie 2

2. Dot. treść SIWZ, rozdział VI, pkt 4, ppkt 2), próbki oraz treści Ogłoszenia, sekcja III, pkt III.5, próbki: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ w zakresie żądania dostarczenia próbek oferowanych wyrobów medycznych, tj.: prosimy o uzasadnienie konieczności dostarczenia celem testowania jakościowego 2 saszetek oferowanego wyrobu medycznego w ramach Zadania nr 17, zgodnie z zapisami treści Załącznika nr 1 do SIWZ dla tego zadania lub też o odstąpienie od tego wymogu, skoro Zamawiający nie uwzględnił zamiaru dokonania czynności oceny jakości w ramach Zadania nr 17 (wskazane w treści SIWZ kryterium oceny dla Zadania nr 17 to 90% cena oraz 10% termin dostawy, a w treści Załączników nr 1A-1D do SIWZ brak wskazania parametrów podlegających ocenie jakości dla Zadania nr 17). Dodatkowo prosimy o udzielenie wyjaśnienia w przypadku braku woli ze strony Zamawiającego na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek do Zadania nr 17, ile sztuk próbek należy dostarczyć do tego zadania? Zamawiający

wskazuje w pkt. 2 pod Zadaniem nr 17 konieczność załączenia do oferty 1 saszetki próbki, a w pkt.4 wymaga załączenia 2 saszetek do oferty, celem testowania jakościowego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie odstępuje od wymogu dostarczenia próbek w ramach zadania nr 17. Zamawiający wymaga dołączenia jednej saszetki próbki. Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia próbek do testowania jakościowego.

Powyższe zmiany dotyczące zadania nr 17 zostały naniesione w Załączniku nr 1 do SIWZ – 2 poprawiony.

Zmiany te zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie 3

3. Dot. treść SIWZ, rozdział VI, pkt 5, ppkt 3), wymagane parametry jakościowe oraz treści Załączników nr 1A-1D do SIWZ, parametry podlegające ocenie jakości: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ w zakresie żądania dostarczenia wraz z ofertą Załączników 1A-1D do SIWZ, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie: jakiego rodzaju informacji Zamawiający oczekuje od Wykonawców w zakresie wypełnienia i dołączenia do oferty ww załączników, skoro te załączniki stanowią informację o tym, jakie parametry jakościowe Zamawiający ma zamiar oceniać w ramach oceny jakościowej przy zadaniach, dla których taka ocena jakościowa będzie przeprowadzana?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1A-1D do SIWZ, poprzez dodanie kolumny: Ocena Wykonawcy TAK / NIE, w której Wykonawca zobowiązany jest wpisać TAK lub NIE, celem potwierdzenia lub nie potwierdzenia występowania parametru podlegającego ocenie.

Powyższe zmiany zostały naniesione w Załączniku nr 1A-1D do SIWZ – poprawiony.

Zmiany te zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie 4

4. Dot. treść SIWZ, rozdział XIII, pkt 1, ppkt 1.2), kryterium oceny oferty do Zadania nr 17, w nawiązaniu do treści Załącznika nr 2B do SIWZ (oferta asortymentowo-cenowa do Zadania nr 17), w korelacji z zapisami Załącznika nr 5 do SIWZ, § 1, pkt 3.1, oraz pkt 4, § 3, pkt 2 (projekt umowy): Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody w ramach Zadania nr 17 na odstąpienie w zakresie kryterium oceny ofert w tym zadaniu względem minimalnego terminu realizacji dostawy oraz dostaw „na cito”, zawartego również w zapisach treści umowy oraz zapisach treści Załącznika nr 2B do SIWZ, opisanego jako termin 12 godzinny i w miejsce tego terminu zaaprobowanie i przyjęcie terminu 24 godzinnego lub wyrażenie zgody na stworzenie tzw. depozytu produktowego na wyrób medyczny, stanowiący przedmiot zamówienia w tym zadaniu, z możliwością jego uzupełniania w ciągu 72 godzin. Uzasadnienie: informujemy, że na terenie Polski żadna firma kurierska nie jest w stanie przyjąć i zrealizować zlecenie dostawy w ciągu 12 godzin. Minimalny termin realizacji dostaw przesyłek kurierskich to 24 godziny

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje zmiany i wprowadza minimalny 24 godzinny termin dostaw.

Powyższe zmiany zostały naniesione:

1. w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załączniku – rozdział XIII pkt.1, ppkt 1.2, który otrzymuje brzmienie:

1.2 Wybór oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 17 zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1) cena – 90 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa cena

$$C = \frac{\text{cena w ofercie ocenianej}}{\text{cena w ofercie ocenianej}} \times 90$$

2) termin dostawy – 10 %*

Sposób przyznania punktów w kryterium „termin dostawy”:

$$TD = \frac{\text{punkty za termin dostawy w ofercie ocenianej}}{\text{największa ilość punktów za termin dostawy}} \times 10$$

obligatoryjny (max.) termin dostawy - 48 godzin

minimalny termin dostawy – 24 godziny

***z wyłączeniem dostaw trybu cito i na ratunek**

Punktacja będzie przyznawana Wykonawcy według poniższych zasad:

- dla terminu dostawy wynoszącego 48 godzin – 0 pkt.
- za każdą godzinę mniej – 1 pkt

2. w Załączniku nr 2B do SIWZ Wzór formularza asortymentowo-cenowego do zadania nr 17 – poprawiony:

„Termin dostawy –(dotyczy zadania nr 17)*

***z wyłączeniem dostaw trybu cito i na ratunek**

obligatoryjny (max.) termin dostawy - 48 godzin

minimalny termin dostawy – 24 godzin”

3. W Załączniku nr 5 do SIWZ Projekt umowy - § 3 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

2. W przypadku upłynięcia (dotyczy zadania nr 1-16 i 18-22) 72 - godzinnego lub 48 - godzinnego (zamówienie „cito”) (dotyczy zadania nr 17)(kryterium oceny)-godzinnego lub 24- godzinnego (zamówienie „cito”) terminu na realizację dostawy lub w przypadku określonym w § 1 pkt. 10 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru powiększoną o 20%, ale nie niższą niż 200 zł.

Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym w dniu jego złożenia (za pośrednictwem faksu). Przekazanie powyższej informacji jest równoznaczne z wycofaniem wcześniej złożonego i niezrealizowanego zamówienia Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje (za pośrednictwem faksu) Zamawiającego o spodziewanej zwłoce w dostawie i dostarczy ją po złożeniu przez Zamawiającego powiadomienia o zakupie interwencyjnym, to przedmiot opóźnionej dostawy pozostaje do dyspozycji Wykonawcy w magazynie Zamawiającego.

Powyższe zmiany zostały naniesione w Załączniku nr 2B do SIWZ do zadania nr 17 – poprawiony oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ Projekt umowy -poprawiony.

Zmiany te zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

ZESTAW 3

Pytanie 1

Dot. zadanie nr 5, poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty w tej pozycji na igłę o długości 24mm?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 2

Dot. zadanie nr 5, poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty w tej pozycji na igłę odwrrotnie tnącą, o długości 39mm?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 3

Dot. zadanie nr 5, poz.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty w tej pozycji na szew z nicią o długości 100cm lub 75cm?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 4

Dot. zadanie nr 5, poz.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty w tej pozycji na igłę o długości 48mm?

ODPOWIEDŹ: **Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Pytanie 5

Dot. zadanie nr 5, poz.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty w tej pozycji na igłę odwrotnie tnącą, o długości 39mm?

ODPOWIEDŹ: **Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Pytanie 6

Dot. zadanie nr 5, poz.6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty w tej pozycji na szew z nicią o długości 90cm oraz igłą o długości 39mm?

ODPOWIEDŹ: **Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Pytanie 7

Dot. zadanie nr 6: Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści do złożenia oferty w tym zadaniu na nici chirurgiczne posiadające wszystkie parametry techniczno-użytkowe wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, powlekane czystym woskiem pszczelim lub rafinowanym woskiem parafinowym?

ODPOWIEDŹ: **Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Pytanie 8

Dot. zadanie nr 6, poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty w tej pozycji na igłę o długości 24mm?

ODPOWIEDŹ: **Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Pytanie 9

Dot. zadanie nr 6, poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści złożenie oferty w tej pozycji na igłę o długości 24mm?

ODPOWIEDŹ: **Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Pytanie 10

Dot. zadanie nr 9, poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji nici pakowane w 1 saszetce a 2x70cm, wraz z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej liczby saszetek wobec nici pakowanych a 3x75cm, z liczby 2040 do liczby 3060 sztuk, celem zachowania porównywalności ilościowej liczby sztuk pojedynczych nici pomiędzy ofertami konkurencyjnymi, różniącymi się sposobem pakowania i liczbą sztuk nici w 1 saszetce?

ODPOWIEDŹ: **Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Pytanie 11

Dot. zadanie nr 9, poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji nici pakowane w 1 saszetce a 5x70cm, wraz z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej liczby saszetek wobec nici pakowanych a 6x75cm, z liczby 96 do liczby 116 sztuk, celem zachowania porównywalności ilościowej liczby sztuk pojedynczych nici pomiędzy ofertami konkurencyjnymi, różniącymi się sposobem pakowania i liczbą sztuk nici w 1 saszetce?

ODPOWIEDŹ: **Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Pytanie 12

ot. zadanie nr 9, poz.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji nici pakowane w 1 saszetce a 2x70cm, wraz z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej liczby saszetek wobec nici pakowanych a 3x75cm, z liczby 2064 do liczby 3096 sztuk, celem zachowania porównywalności ilościowej liczby sztuk pojedynczych nici pomiędzy ofertami konkurencyjnymi, różniącymi się sposobem pakowania i liczbą sztuk nici w 1 saszetce?

ODPOWIEDŹ: **Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Pytanie 13

Dot. zadanie nr 9, poz.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji nici pakowane w 1 saszetce a 5x70cm, wraz z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej liczby saszetek wobec nici pakowanych a 6x75cm, z liczby 120 do liczby 144 sztuk, celem zachowania porównywalności ilościowej liczby sztuk pojedynczych nici pomiędzy ofertami konkurencyjnymi, różniącymi się sposobem pakowania i liczbą sztuk nici w 1 saszetce?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 14

Dot. zadanie nr 9, poz.6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji nici pakowane w 1 saszetce a 2x70cm, wraz z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej liczby saszetek wobec nici pakowanych a 3x75cm, z liczby 600 do liczby 900 sztuk, celem zachowania porównywalności ilościowej liczby sztuk pojedynczych nici pomiędzy ofertami konkurencyjnymi, różniącymi się sposobem pakowania i liczbą sztuk nici w 1 saszetce?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 15

Dot. zadanie nr 9, poz.7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji nici pakowane w 1 saszetce a 5x70cm, wraz z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej liczby saszetek wobec nici pakowanych a 6x75cm, z liczby 192 do liczby 231 sztuk, celem zachowania porównywalności ilościowej liczby sztuk pojedynczych nici pomiędzy ofertami konkurencyjnymi, różniącymi się sposobem pakowania i liczbą sztuk nici w 1 saszetce?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 16

Dot. zadanie nr 9, poz.8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji nici pakowane w 1 saszetce a 2x70cm, wraz z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej liczby saszetek wobec nici pakowanych a 3x75cm, z liczby 996 do liczby 1494 sztuk, celem zachowania porównywalności ilościowej liczby sztuk pojedynczych nici pomiędzy ofertami konkurencyjnymi, różniącymi się sposobem pakowania i liczbą sztuk nici w 1 saszetce?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 17

Dot. zadanie nr 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tym zadaniu złożenie oferty na szew antyewentracyjny, który w miejsce wskazanej zapisami SIWZ grubości nici 1,3 USP, posiada średnicę nici 1,3mm?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 18

Dot. zadanie nr 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tym zadaniu złożenie oferty na taśmę do szycia narzędzi mięsnych, która w miejsce wskazanej zapisami SIWZ grubości nici 3 USP, posiada szerokość taśmy 3mm?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Dot. zadanie nr 18: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tym zadaniu złożenie oferty na wosk do tamowania krwawień kostnych, zawierający wosk pszczeli(70%) oraz wazelinę(30%), będący wyrobem równoważnym pod względem parametrów techniczno-użytkowych do wosku opisanego w treści tego zadania?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 4

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 20 pozycji nr 1-3 siatka polipropylenow monofilamentna, biokompatybilna (**P4HB**), w pełni wchłaniaalna na drodze hydrolizy (12-18 miesięcy). Siatka Phasix

przypomina siatki syntetyczne BARD. Jej parametry to : waga 158g/m² , rozmiar porów 3548 mm², siła nacisku siatki 149 N/ m² .o rozmairach odpowiednio : 1- 15,2x20,3 cm,2- 20,3x25,4 cm, 3- 25,4 x30,5 cm

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW 5

Zadanie nr 19

Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 19 sterylne siatki przepuklinowe częściowo wchłanialne, polipropylenowe monofilamentowe, powleczone wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego /kaprolactonu (PGACL), o wielkości oczek 2-4mm, grubość siatki 0,55mm, gramaturze po wchłonięciu 28/g/m², czas absorpcji części wchłanialnej 90-120 dni .

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 6

Pytanie 1

Zadanie nr 19

Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę o wymiarach 9 cm x 13 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Zadanie nr 19

Pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści siatkę o wymiarach 10 cm x 15 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Zadanie nr 19

Pozycja nr 7

Czy Zamawiający dopuści siatkę kompozytową, wewnątrznaczyniową, antyadhezyjną, pokrytą warstwą nieprzylegającą, umożliwiającą położenie bezpośrednio na jelita bez ryzyka zrostów o wymiarach 20 cm x 20 cm z możliwością docięcia siatki do żądanego kształtu i wymiaru bez ryzyka jej rozwarstwienia?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Zadanie nr 19

Pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści siatkę kompozytową, wewnątrznaczyniową, antyadhezyjną, pokrytą warstwą nieprzylegającą, umożliwiającą położenie bezpośrednio na jelita bez ryzyka zrostów o wymiarach 30 cm x 30 cm z możliwością docięcia siatki do żądanego kształtu i wymiaru bez ryzyka jej rozwarstwienia?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW 7

1. Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 19, poz. nr 7-8:

Siatkę kompozytową, wewnątrznaczyniową, antyadhezyjną, nie przylegającą, z możliwością położenia bezpośrednio na jelita, miękką, niewchłanialną, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość 0,55 mm, porowatość max 1230 µm, gramatura średnia 108 g/m², z oznaczeniem strony implantacji, w rozmiarze:

- poz. nr 7- 11 x 14 cm lub 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 22 x 15 x 10 cm)
- poz. nr 8- 20 x 25 cm lub 30 x 30 cm (specyfikacja wymaga 30 x 30 x 20 cm)?

W razie wyrażenia zgody na w/w pytanie prosimy o wydzielenie tych pozycji i utworzenie z nich oddzielnego zadania.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

ZESTAW 8

Zamawiający udzieli wyjaśnień do złożonych zapytań w terminie późniejszym

ZESTAW 9

Pytanie 1

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 1 ustęp 6 umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w § 2 ustęp 1. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie. W związku z powyższym pytaniem proponujemy również następującą modyfikację postanowień umowy: *Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia ilości wyrobów w zadaniu w ramach zawartej umowy – w zależności od bieżących potrzeb Szpitala oraz wielkości kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi płatnikami usług, a także w sytuacji, kiedy Zamawiający z przyczyn, których nie można było przewidzieć, mógłby nie wykorzystać jego do końca terminu ważności lub mógłby ponieść straty w konsekwencji jego stosowania. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się, że zamówi przedmiot umowy w ilości odpowiadającej minimum 80% wartości umowy brutto.*

Uzasadnienie: Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia” (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08). Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwia bowiem wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, bez narażania się na ewentualne straty. Odrębną kwestią jest to, że Zamawiający tylko wskutek prawidłowego przedmiotu zamówienia będzie mógł prawidłowo oszacować wartość zamówienia z należytą starannością. Wskazać należy, że przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od precyzyjnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia z podaniem jego ilości/wielkości, nawet w przypadku, gdy jego zapotrzebowanie jest trudno przewidywalne. Powyższe potwierdza stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zaprezentowane w wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09, KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „*przepis art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy zapotrzebowanie Zamawiającego jest trudno-przewidywalne. **Sam fakt, że w dacie wszczęcia postępowania Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji***”. Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust.1 *in principio* ustawy Pzp), co implikuje, iż **z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym samym, Zamawiający nie może zastrzec sobie prawa arbitralnego ukształtowania zakresu zamówienia po jego udzieleniu, a postanowienia w tym zakresie należy uznać za nieskuteczne.** Powyższe znajduje także potwierdzenie na gruncie judykatury. **Niedopuszczalne jest zatem zastrzeżenie przez Zamawiającego możliwości ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wyłączenia z zakresu umowy części dostaw, gdyż takie postanowienia specyfikacji (w tym projektu umowy) sprowadzają się praktycznie do przyznania sobie przez Zamawiającego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, co stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy Pzp, a w szczególności z art. 29 tejże ustawy** (arg. z wyroku Zespołu Arbitrów z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05). Ponadto, jak zauważył Sąd Okręgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla

Warszawy – Pragi z 23 listopada 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05), niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości od potrzeby Zamawiającego i odpowiednio od kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, gdyż jest to sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w istocie żadnego realnego ograniczenia. **W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego.**

Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie wartości szacunkowej zamówienia, na które Zamawiający przewidział określone środki finansowe (por. art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, który określa tzw. „prawo opcji”). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że **niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.** „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”. Należy mieć przy tym na uwadze treść art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Podkreślenia wymaga również fakt, że również zgodnie z dominującym poglądem doktryny **Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych** (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40)

Mając na względzie powyższe, jak również jednolite stanowisko doktryny i judykatury w zakresie przedmiotowej kwestii, postulowana zmiana zapisu wzoru przyszłej umowy jest konieczna i w pełni uzasadniona. Wprowadzenie żądanej modyfikacji spowoduje, że opis przedmiotu zamówienia będzie jednoznaczny, wyczerpujący i Zamawiającemu nie będzie można postawić zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp i pociągnąć go z tego tytułu do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przypadku proponowanej zmiany zapisu umownego każdy wykonawca będzie miał możliwość prawidłowego skalkulowania wartości oferty. Na Zamawiającym będzie z kolei ciążył wynikający z umowy o zamówienie publiczne obowiązek spełnienia świadczenia co zakresu określonego w umowie z wykonawcą jako minimalny (w tym przypadku 80 % wartości umowy) i uprawnienie do zmniejszenia zakresu zamawianych dostaw maksymalnie o 20% wartości umowy w zakresie objętym opcją.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2

2. Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych określonych w § 3 ustęp 1 modyfikując umowę w następujący sposób: *Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 50 zł?*

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3

3. Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych określonych w § 3 ustęp 3 modyfikując umowę w następujący sposób: *„..... . Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień lub godzinę* zwłoki, w zależności od trybu w jakim było składane zamówienie..... „*

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

ZESTAW 10, 11 i 12

Zamawiający udzieli wyjaśnień do złożonych zapytań w terminie późniejszym

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Małgorzata Szelażewicz