



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
ING Bank Śląski: 60 1050 1559 1000 0023 4179 6064



Znak sprawy:
EZP/220/12/2017/1

Data:
09.03.2017 r.

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/12/2017, pn. Dostawa roztworów do perfuzji dla SPWSZ w Szczecinie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawcy:

ZESTAW 1

Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem czy dopuszcza w **Zadaniu nr 1. Roztwory dom perfuzji . CPV 33.69.23.00 – 0**, zaferowanie płynu „Biolasol” równoważnego z płynem opisanym w SIWS (Zadanie nr 1. Roztwory do perfuzji. CPV 33.69.23.00-0) o następującym składzie i parametrach fizykochemicznych:

„Biolasol” płyn do przemywania i przechowywania narządów (serca, wątroby, trzustki, nerek) do transplantacji, produkowany przez firmę Ryszka Florian „Biocheffa” Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny, ul. Kasztanowa 3, 41-205 Sosnowiec

Przezroczysty, bezbarwny (lub lekko żółty) roztwór, o osmolarności 330 mOsm/kg, o całkowitym stężeniu sodu 105 mmol/l, całkowitym stężeniu potasu 10 mmol/l i o pH 7,4 w temperaturze pokojowej. Przechowywany i transportowany w temperaturze 2-25°C. Termin ważności 12 miesięcy.

Skład: worek o pojemności 1000 ml roztworu zawiera:

Dekstran 70 kDa	50,00 g	(0,7 mmol)
Glukoza bezwodna	30,00 g	(167 mmol)
Tri-sodu cytrynian dwuwodny	8,82 g	(30 mmol)
Di-sodu edetynian	1,86 g	(5 mmol)
Potasu chlorek	0,75 g	(10 mmol)
Magnezu fumaran czterowodny	0,69 g	(5 mmol)
Sodu wodorowęglan	0,42 g	(5 mmol)
Wapnia chlorek sześciowodny	0,10 g	(0,5 mmol)
Woda do iniekcji	ad 1000	ml

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

ZESTAW 2

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o identycznym składzie i właściwościach klinicznych z temperaturą przechowywania 2-8 stopni Celsjusza?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie tańszego odpowiednika w postaci płynu IGL-1. Jest to zmodyfikowany płyn UW do prezerwacji o obniżonym do 25mmoli/litr stężeniu potasu dodatkowo zawiera PEG 35 zamiast HES co obniża jego lepkość poprawiając jakość perfuzji. Dzięki obniżonemu stężeniu potasu zmniejsza on także ryzyko zaburzeń rytmu po reperfuzji. Dopuszczenie produktu IGL-1 pozwoli na bezgotówkową wymianę zużytych płynów do perfuzji z ośrodkami w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska