

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Znak sprawy:**  
**EZP/220/25/2017/1**

**Data:**  
**14.04.2017r.**

## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/25/2017, Dostawa cewników i zestawów do elektrofizjologii wraz z dzierżawą kriokonsoli dla SPWSZ w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokonuje zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Pytania Wykonawcy:

#### **ZESTAW 1**

#### **Pytanie dotyczące zadania nr 9**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 9 zestawu do transeplatnego wprowadzania cewników do mapingu żył o rozmairach koszulek 8F i 8,5F?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie dotyczące zadania nr 12**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 12 igły o krzywiznie A i E równoważne z krzywizną BRK i BRK1?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, jeżeli są równoważne.**

### Zamawiający dokonuje zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- **Załącznik nr 1B-13 do SIWZ (do zadania nr 13) Parametry podlegające ocenie jakości ulega modyfikacji i w związku z tym otrzymuje nowe brzmienie:**

**Załącznik nr 1B-13 do SIWZ  
(do zadania nr 13)**

#### **Parametry podlegające ocenie jakości**

<b>1.</b>	<b>Parametry oceny jakości</b>	<b>Podać oferowany parametr</b>	<b>Punktacja</b>	<b>Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru**</b>
1.1.	Liczba otworów irygacyjnych	liczba otworów .....	<b>trzy otwory – 30 pkt. za każdy dodatkowy powyżej trzech – 10 pkt.</b>	
1.2.	bieguny cewnika wykonane ze stopu złota o przewodności cieplnej powyżej 3 W/cm Kelvin	tak*/nie*	Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt	

**Lokalizacja:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



1.3	cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 270 stopni	tak*/nie*	Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt	
-----	---	-----------	-----------------------------	--

\*niepotrzebne skreślić

## \*\*Uwaga!

- 1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK lub „NIE” .
- 2) Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru lub nie skreślenie odpowiednio tak\*/nie\*) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.
- 3) W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),
- 4) Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu.

Zmiany zostały wprowadzone w Załączniku nr 1B - 13 (do zadania nr 13) do SIWZ *Parametry podlegające ocenie jakości*, który otrzymuje nazwę poprawiony Załącznik nr 1B - 13 do SIWZ Parametry podlegające ocenie jakości (do zadania nr 13) i został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego  
*Małgorzata Usielska*

**Lokalizacje:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94