



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Znak sprawy:
EP/220/25/2017/3

Data:
28.04.2017r.

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/25/2017, Dostawa cewników i zestawów do elektrofizjologii wraz z dzierżawą kriokonsoli dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o które Zamawiający dokonuje zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o art. 12a ust. 1 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert:

Zamawiający modyfikuje odpowiedź udzieloną pismem EP/220/25/2017/2 z dnia 21.04.2017 r. na pytanie dotyczące zestawu 4 Zadania nr 13

Pytania Wykonawcy:

ZESTAW 4

Pytanie 1.

Zadanie 13.

Dotyczy zad.13 punkt 1.2 załącznika 1B-13 (parametry oceniane). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie parametru ocenianego do parametrów granicznych z uwagi na charakter pakietu (złoto najlepiej odpowiada parametrom fizycznym pakietu i dlatego uważamy, że powinno być umieszczone w parametrach granicznych).

Odpowiedź po zmianie:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmianę Załącznika nr 1A – 13 do SIWZ (do zadania nr 13) *Wymagane parametry graniczne*, poprzez dodanie pozycji 1.14:

1.14.	bieguny cewnika wykonane ze stopu złota o przewodności cieplnej powyżej 3 W/cm Kelvin	
-------	---	--

oraz Załącznika nr 1B-13 do SIWZ (do zadania nr 13) Parametry podlegające ocenie, poprzez usunięcie pozycji 1.2, dotyczącej: *bieguny cewnika wykonane ze stopu złota o przewodności cieplnej powyżej 3 W/cm Kelvin*

Powyższe zmiany zostały naniesione w Warunkach granicznych dla zadania nr 13, oznaczonych jako poprawiony Załącznik nr 1A-13 do SIWZ *Wymagane parametry graniczne* dla zadania nr 13 oraz w poprawionym Załączniku nr 1B do SIWZ *Parametry podlegające ocenie* do zadania nr 13 i zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Zamawiający działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert, na niżej podane:

- termin składania ofert – z 10.05.2017., do godz. 11:00 na 16.05.2017 r., do godz. 11:00,

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



- **otwarcie ofert** – z 10.05.2017 r. o godz. 11:30 **na 16.05.2017 r. o godz. 11:30.**

W rozdziale XI SIWZ w pkt 5 i 6, otrzymując brzmienie:

„5. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać **do dnia 16.05.2017 r., do godz. 11:00.**

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 16.05.2017 r. o godz. 11:30** w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, Świetlica w budynku „O” I piętro Świetlica, przy ulicy Arkońskiej 4”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Usielska

Lokalizacje:

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94