

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Znak sprawy: EP/220/61/2017/2**

**Data: 16.08.2017r.**

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/61/2017, pn. Dostawa sprzętu dla zakładów patomorfologii dla SPWSZ w Szczecinie.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### Pytania Wykonawcy:

#### **ZESTAW 3**

**Zadanie nr 1.** Procesor Tkankowy , zał. nr 5 - Wykaz Dostaw

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ofertę, która w wykazie dostaw poda 3 procesory i cenę niższą o 2 % od wymaganej w SIWZ ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **ZESTAW 4**

##### **Pytanie 1**

**Dotyczy : zadanie 3 – cieplarka ( załącznik nr 1.3 SIWZ pkt 24)**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by cieplarka była wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ?

Cieplarka jest wyrobem ogólnolaboratoryjnym który nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru wyrobów medycznych. Dla produktów ogólnolaboratoryjnych producent nie ma obowiązku wystawiania Deklaracji Zgodności. Nie podlegają również one kwalifikacji jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dn 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych i zostały przez polskiego ustawodawcę obłożone 23 % stawką VAT. Nie dyskwalifikuje to jednak w/w produktów do stosowania w placówkach lecznictwa.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, aby cieplarka była produktem do stosowania w placówkach lecznictwa.**

##### **Pytanie 2**

**Dotyczy: projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację projektu umowy w zakresie § 7 ust 1 pkt 1), 2) dotyczącej kar umownych naliczanych w obecnym kształcie od całości wartości umowy nie zaś od wartości niedostarczonej w terminie partii towaru lub niewykonanej w terminie usługi serwisowej dla danego urządzenia z poszczególnych zadań.

Zamawiający w § 7 ust 1 pkt 1), 2) w sposób nie do zaakceptowania przez Wykonawcę określił wielkość kary umownej liczonej od wartości umowy tj. sumy wartości wszystkich zadań w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie. Kara umowna ma z zasady charakter dyscyplinujący zaś ustalone w obecnym kształcie wartości są zbyt wygórowane oraz niewspółmierne do wartości zamówienia. Przyjmując za naczelną zasadę, iż umowy powinny być zawierane z poszanowaniem zasady równości stron Zamawiający winien tak określić warunki

**Lokalizacje:**  
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

stosowania kar by miały one definitywnie charakter dyscyplinujący a nie jak w obecnej formie sądzić można charakter zarobkowy. Dla przykładu : Wykonawca, którego oferta najkorzystniejsza opiewa na całość tj. 7 zadań (co nie jest wykluczone) kara umowna za opóźnienie w reakcji serwisu osiągnąć może nawet kilkanaście tys. zł brutto za 1 dzień zwłoki (!) samej reakcji serwisu nie wspominając o możliwych perturbacjach przy czynności samej naprawy lub opóźnienia w dostawie np. procesora tkankowego z pakietu nr 1 oferowanego w kwocie średnio 70 000,00 brutto.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o modyfikację zapisów umownych w powyższym zakresie jak niżej:

Obecna forma brzmi:

§ 7

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach oraz wysokościach:

1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy- w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia.

2) za opóźnienie Wykonawcy w realizacji świadczeń z tytułu gwarancji, w tym w szczególności za opóźnienie w naprawie Przedmiotu Umowy lub wymianie Przedmiotu Umowy na nowy lub w dostarczeniu sprzętu zastępczego - w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,

Forma po modyfikacji :

§ 7

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach oraz wysokościach:

1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy- w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto niedostarczonego w terminie urządzenia za każdy dzień opóźnienia.

2) za opóźnienie Wykonawcy w realizacji świadczeń z tytułu gwarancji, w tym w szczególności za opóźnienie w naprawie Przedmiotu Umowy lub wymianie Przedmiotu Umowy na nowy lub w dostarczeniu sprzętu zastępczego - w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto urządzenia które uległo awarii za każdy dzień opóźnienia,

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 3:**

#### **Dotyczy: projekt umowy**

Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 4:**

#### **Dotyczy: projekt umowy**

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie do umowy zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron” , prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie zawierał umowy na każde zadanie z osobna ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 5:**

#### **Dotyczy: § 4 ust 9 projektu umowy – zał 4 do SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści do wydłużenia terminu dostawy sprzętu zastępczego na czas naprawy oryginalnego z najpóźniej w 7 dniu roboczym od zgłoszenia wad, usterek lub innych uszkodzeń na najpóźniej w 15 dniu roboczym?.

W przypadku poważnych usterek nie ma możliwości wykonania naprawy w podanym w umowie terminie. Części zamienne do oferowanych urządzeń bywają sprowadzane bezpośrednio od producenta zza granicy. Wykonawca nie chcąc dopuścić do opóźnienia w naprawie i w konsekwencji wstawienia sprzętu zastępczego z przyczyn od nas nie zależnych prosi o wydłużenie terminu jak na wstępie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Projekcie Umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 4 ust. 9 otrzymuje brzmienie:**

**„9. W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi brak możliwości naprawy Przedmiotu Umowy lub jakiegokolwiek jego części w okresie 5 dni roboczych od zgłoszenia wad, usterek lub innych uszkodzeń, uniemożliwiających pełne wykorzystanie możliwości techniczno – użytkowych Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w 15 dniu roboczym liczonym od daty zgłoszenia wad, usterek lub innych uszkodzeń do dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego co najmniej tej samej klasy i o analogicznych właściwościach.”**

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt Umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

#### **ZESTAW 5**

##### **Dotyczy Zadania nr 7:**

1.1. Czy Zamawiający dopuszcza wyświetlacz LED aktualnych parametrów pracy (prędkość, czas), charakteryzujący się lepszymi parametrami użytkowymi, niż wyświetlacz LCD? Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

1.2. Czy jako drugi, dodatkowy rotor na próbówki Zamawiający wymaga rotora o pojemności 8 x 10 ml ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga drugiego rotora stałokątowego na min. 6 próbek o pojemności od 10 ml do 25 ml.**

**Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Załączniku nr 1.7 do SIWZ pkt 12 w ten sposób, że pkt 12 otrzymuje brzmienie:**

**„12. Dodatkowy (drugi) rotor stałokątowy na min. 6 próbek o pojemności od 10 ml do 25 ml.”**

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1.7 do SIWZ – Zadanie nr 7: Opis parametrów wymaganych dla aparatu wirówka cytologiczna, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

1.3. Dotyczy wykazu dostaw do Zadania nr 7: czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wymaganej wartości wykonanego zamówienia podobnego do przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 7 (wirówki) do kwoty 32000 PLN brutto ? Określona przez Zamawiającego minimalna wartość 36000 PLN brutto jest zawyżona w porównaniu do wartości ofert na wirówki ( w tym cytologiczne ) o parametrach podanych przez Zamawiającego, składanych w postępowaniach o zamówienia publiczne i w tej wysokości w sposób nieuzasadniony ogranicza ilość zainteresowanych wykonawców w Zadaniu nr 7 do tych, którzy oferują najdroższe wirówki na rynku, co zdecydowanie nie jest dla Zamawiającego korzystne.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu dla zadania nr 7 - rozdział V pkt 1 ppkt 2 c) specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania nr 7, który otrzymuje brzmienie:**

**„c) w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej:**

**Opis warunku:**

**Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na:**

- *Zadanie nr 1 : dostawie i instalacji Procesorów Tkankowych o wartości co najmniej 65 000,00 zł brutto.*
- *Zadanie nr 2 : dostawie i instalacji Procesorów Mikrofalowych o wartości co najmniej 68 000,00 zł brutto.*
- *Zadanie nr 3 : dostawie i instalacji Ciepłarek o wartości co najmniej 5 000,00 zł brutto.*
- *Zadanie nr 4 : dostawie i instalacji Barwiarek o wartości co najmniej 108 000,00 zł brutto.*
- *Zadanie nr 5 : dostawie i instalacji Zatapiarki o wartości co najmniej 35 000,00 zł brutto.*
- *Zadanie nr 6 : dostawie i instalacji Mikrotomów Rotacyjnych o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto.*
- ***Zadanie nr 7 : dostawie i instalacji Wirówek o wartości co najmniej 32 000,00 zł brutto."***

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 5 do SIWZ – Wykaz dostaw, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

**ZESTAW 6**

**Pytanie nr 1**

**Zadanie 1 pozycja 5.** Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w półprzezroczyste pojemniki pozwalające na ocenę wysokości wypełnienia odczynnikiem? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 2**

**Zadanie 3 punkt 6.** Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z zakresem temperatur od +5 °C powyżej temp. otoczenia do 99,9°C?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 3**

**Zadanie 3 punkt 13.** Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym zapamiętywanie wyników pomiarowych odbywa się na wyznaczonym komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem do archiwizacji przebiegu procesu lub zewnętrznym urządzeniu rejestrującym?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i rezygnuje z wymogu zawartym w Załączniku nr 1.3 do SIWZ poprzez wykreślenie pkt 13.**

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1.3 do SIWZ – Zadanie nr 3: Opis parametrów wymaganych dla aparatu Ciepłarka, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”

**Pytanie nr 4**

**Zadanie 3 punkt 13.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie punktu 13 z uwagi, iż pamięć wyników pomiarowych nie ma praktycznego zastosowania w laboratoriach patomorfologicznych, ponieważ nie wykonuje się w nich hodowli mikrobiologicznych jak również innych aplikacji wymagających rejestracji wyników pomiarowych?

**Odpowiedź: Odpowiedź udzielono w pytaniu 3.**

**Zamawiający dopuszcza i rezygnuje z wymogu zawartym w Załączniku nr 1.3 do SIWZ poprzez wykreślenie pkt 13.**

**Pytanie nr 5**

**Zadanie 4 punkt 2.** Prosimy o dopuszczenie urządzenia, które posiada możliwość współpracy z zaklejarkami różnych typów (większość modeli dostępnych na rynku) jest to parametr lepszy od opisanego w SIWZ, ponieważ pozwala użytkownikowi na szerszy dobór sprzętu w pracowni?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga w pkt 2 takiego urządzenia, do którego w przyszłości będzie można podłączyć urządzenie nakrywające (w sposób mechaniczny i elektroniczny) dzięki czemu powstanie jedno urządzenie, które po wybarwieniu preparatów przekaże koszyk do nakrywania (automatycznie) i możliwe będzie otrzymanie koszyka z nakrytymi szkiełkami.**

**Pytanie nr 6**

**Zadanie 4 punkt 3.** Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wybarwienia minimum 500 preparatów na dobę czy w innym okresie czasu?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga wybarwienia min. 500 preparatów na dobę.**

**Pytanie nr 7**

**Zadanie 4 punkt 4.** Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego koszyczki pojemności 19 lub 30 szkiełek mikroskopowych w zależności od stosowanych na pracowni zaklejarek różnych typów?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia opisanego w SIWZ – Załącznik nr 1.4 do SIWZ w pkt 4 – Koszyczek o pojemności 30 preparatów.**

**Pytanie nr 8**

**Zadanie 5, punkt 2a.** Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zakresem regulacji temperatury od 400C do 700C. Parafiny do histopatologii mają temperaturę topnienia od 520C do 620C i zakres regulacji temperatury od 400 C do 700C jest wystarczający.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9**

**Zadanie 5, punkt 2g.** Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z prostokątnym punktem chłodzącym o wymiarach 68,5 x 39 mm załączający się wraz ze startem urządzenia. Powierzchnia takiego punktu chłodzącego jest większa niż punktu o średnicy 55 mm, co umożliwia stosowanie kasetek o większym rozmiarze (tzw. megacassete) oraz zapewnia wygodniejszą pracę?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10**

**Zadanie 5, punkt 2g.** Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym Punkt chłodzący włączany jest razem z urządzeniem i nie wymaga dodatkowego włącznika? Pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że punkt chłodzący można wyłączyć gdy nie jest używany.**

**Pytanie nr 11**

**Zadanie 5, punkt 2h.** Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zintegrowane oświetlenie LED ( bez elastycznego wysięgnika) konstrukcja oświetlenia pozwalająca na pełne oświetlenie zatapianego materiału?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 12**

**Zadanie 5, punkt 2j.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia wyposażonego we włącznik oraz pedał do obsługi nożnej wypływu parafiny, co powoduje, że regulacja położenia opisana w SIWZ jest zbędna?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone we włącznik oraz pedał wypływu parafiny.**

**Pytanie nr 13**

**Zadanie 5, punkt 3c.** Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zakresem regulacji temperatury od 400C do 700C. Parafiny do histopatologii mają temperaturę topnienia od 520C do 620C i zakres regulacji temperatury od 400 C do 700C jest wystarczający

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 14**

**Zadanie 7 punkt 2.** Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje wirówki laboratoryjnej czy cytowirówki. Cytowirówki są wirówkami dedykowanymi do pracy z materiałem cytologicznym i nie posiadają wymiennych rotorów. Wynika to z faktu, iż płyn cytologiczny cechuje się odmiennymi parametrami od innych możliwych do wirowania w zwykłym laboratorium płynów, zatem w celu ograniczenia możliwości uszkodzenia materiału cytologicznego stosuje się z zasady urządzenia dedykowane do procesu. Prosimy, zatem o informację czy Zamawiający oczekuje cytowirówki z możliwością wymiany rotoru na inny ( np. zapasowy) czy zwykłej wirówki laboratoryjnej z szeroką gamą dostępnych rotorów, ale bez możliwości wirowania materiału cytologicznego z zachowaniem najwyższych parametrów jakościowych i możliwością bezpośredniego wykonywania cytobloków w wirówce?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – poprawiony Załącznik nr 1.7 do SIWZ dla zadania nr 7.**

**Pytanie nr 15**

**Zadanie 7 punkt 12.** Prosimy, zatem o informację czy Zamawiający oczekuje cytowirówki z możliwością wymiany rotoru na inny ( np. zapasowy) czy zwykłej wirówki laboratoryjnej z szeroką gamą dostępnych rotorów, ale bez możliwości wirowania materiału cytologicznego z zachowaniem najwyższych parametrów jakościowych i możliwością bezpośredniego wykonywania cytobloków w wirówce?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – poprawiony Załącznik nr 1.7 do SIWZ dla zadania nr 7.**

**Pytanie nr 16**

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 17**

Zamawiający w projekcie umowy wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto. Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi do 10%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**DYREKTOR**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego**  
**Małgorzata Usielska**